

Certificat d'étalonnage N° : CE202502003
I. Matériel à étalonner

Model	Portacount 8030
N° Série	8030133409
Société	ENVEA CONSEIL

II. Instruments de références

Instrument	N° Série	Date dernière calibration	Date de prochaine calibration
Portacount 8048	8048213216	Avr 2024	Avr 2025
Débitmètre 4140F	41402445032	Nov 2024	Nov 2025
Débitmètre 4043	40432446001	Nov 2024	Nov 2025

III. Tests Métrologiques
1. Vérification du 0 (Tolérance : ≤ 1)

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	0	0

2. Vérification du débit (Tolérance : $0,9 \text{ L/min} \leq D \leq 1,1 \text{ L/min}$)

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	0.937	0.972

LVM'AIR

 2 Allée de la Fosse Moret,
 Ecoparc 2
 27400 HEUDEBOUVILLE

Certificat d'étalonnage N° : CE202502003

3. Vérification du comptage particulaire AMBIANT (Tolérance : $\pm 15\%$)



Résultat	AMBIANT (Référence)	AMBIANT (appareil à étalonner)	Pourcentage de différence
	11566	11242	2.80%

4. Vérification des facteurs d'ajustement

TESTS	Référence	Instrument à étalonner	Pourcentage de différence
1 (Tolérance : $\pm 15\%$)	1.04	1.00	3.85%
2 (Tolérance : $\pm 15\%$)	27	25	7.41%
3 (Tolérance : $\pm 15\%$)	142	133	6.34%
4 (Tolérance : $\pm 15\%$)	1053	994	5.60%
5 (Tolérance : $\pm 15\%$)	4446	4354	2.07%

IV. Conclusion

 RESULTAT : Conforme Non conforme

Réalisé par : NOIRTIN Juliette	Vérifié par : NOIRTIN Arnaud
Date : 18/02/2025	Date : 18/02/2025
Signature : 	Signature : 

Date de prochaine calibration : 18 Février 2026