

Certificat d'étalonnage N° : CE202503001

I. Matériel à étalonner

Model	Portacount 8030
N° Série	8030120812
Société	DS SAFETYSHOP 91

II. Instruments de références

Instrument	N° Série	Date dernière calibration	Date de prochaine calibration
Débitmètre 4140F	41402445032	Novembre 2024	Novembre 2025
Débitmètre 4043	40432446001	Novembre 2024	Novembre 2025
Portacount 8048	8048240601	Février 2025	Février 2026

III. Tests Métrologiques**1. Vérification du 0 (Tolérance : ≤ 1)**

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	0	0,04

2. Vérification du débit (Tolérance : $0,9 \text{ L/min} \leq D \leq 1,1 \text{ L/min}$)

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	0,999	1,004

LVM' AIR2 Allée de la Fosse Moret,
Ecoparc 2
27400 HEUDEBOUVILLE

Certificat d'étalonnage N° : CE202503001

3. Vérification du comptage particulaire AMBIANT (Tolérance : $\pm 15\%$)


Résultat	AMBIANT (Référence)	AMBIANT (appareil à étalonner)	Pourcentage de différence
	13435	13706	1,98%

4. Vérification des facteurs d'ajustement

TESTS	Référence	Instrument à étalonner	Pourcentage de différence
1 (Tolérance : $\pm 15\%$)	1,00	1,00	0,00%
2 (Tolérance : $\pm 15\%$)	26	24	7,69%
3 (Tolérance : $\pm 15\%$)	143	130	9,07%
4 (Tolérance : $\pm 15\%$)	1012	885	12,52%
5 (Tolérance : $\pm 15\%$)	3823	3384	11,50%

IV. Conclusion
RESULTAT : Conforme

Non conforme


Réalisé par : NOIRTIN Juliette	Vérifié par : NOIRTIN Arnaud
Date : 11 Mars 2025	Date : 21 Mars 2025
Signature : 	Signature : 

Date de prochaine calibration : 11 Mars 2026