
Certificat d'étalonnage N° : CE202503002

I. Matériel à étalonner

Model	Portacount 8040
N° Série	8040233705
Société	CICEA OUEST

II. Instruments de références

Instrument	N° Série	Date dernière calibration	Date de prochaine calibration
Débitmètre 4140F	41402445032	Novembre 2024	Novembre 2025
Débitmètre 4043	40432446001	Novembre 2024	Novembre 2025
Portacount 8048	8048240601	Février 2025	Février 2026

III. Tests Métrologiques**1. Vérification du 0 (Tolérance : ≤ 1)**

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	0	0

2. Vérification du débit (Tolérance : $0,9 \text{ L/min} \leq D \leq 1,1 \text{ L/min}$)

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	1,022	1,017

LVM' AIR2 Allée de la Fosse Moret,
Ecoparc 2
27400 HEUDEBOUVILLE

Certificat d'étalonnage N° : CE202503002

3. Vérification du comptage particulaire AMBIANT (Tolérance : $\pm 15\%$)



Résultat	AMBIANT (Référence)	AMBIANT (appareil à étalonner)	Pourcentage de différence
	14086	12964	7,97%

4. Vérification des facteurs d'ajustement

TESTS	Référence	Instrument à étalonner	Pourcentage de différence
1 (Tolérance : $\pm 15\%$)	1,01	1,01	0,00%
2 (Tolérance : $\pm 15\%$)	28	28	0,00%
3 (Tolérance : $\pm 15\%$)	155	154	1,07%
4 (Tolérance : $\pm 15\%$)	1102	1077	2,27%
5 (Tolérance : $\pm 15\%$)	3942	3884	1,48%

IV. Conclusion
RESULTAT : Conforme

Non conforme


Réalisé par : NOIRTIN Juliette	Vérifié par : NOIRTIN Arnaud
Date : 11 Mars 2025	Date : 01 avril 2025
Signature : 	Signature : 

Date de prochaine calibration : 11 Mars 2026