LVM'Air

Location Vente Métrologie

Certificat d'étalonnage N° : CE202507015

I. Matériel à étalonner

Model	Portacount 8040
N° Série	8040193602
Société	BÂTI CONSEIL FORMATION

II. Instruments de références

Instrument	N° Série	Date dernière calibration	Date de prochaine calibration
Portacount 8048	8048250601	Février 2025	Février 2026
Débitmètre 4140F	41402445032	Novembre 2024	Novembre 2025
Débitmètre 4043	40432446001	Novembre 2024	Novembre 2025

III. Tests Métrologiques

1. Vérification du 0 (Tolérance : ≤ 1)

	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
Résultat	0	0

2. Vérification du débit (Tolérance : 0,9 L/min ≤ D ≤ 1,1 L/min)

	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
Résultat	1,038	1,018

LVM'AIR
2 Allée de la Fosse Moret,
Ecoparc 2
27400 HEUDEBOUVILLE

LVM'Air

Location Vente Métrologie

Certificat d'étalonnage N° : CE202507015

3. Vérification du comptage particulaire AMBIANT(Tolérance : ± 15%)

Résultat	AMBIANT (Référence)	AMBIANT (appareil à étalonner)	Pourcentage de différence
	17423	18378	5,20 %

4. Vérification des facteurs d'ajustement

TESTS	Référence	Instrument à étalonner	Pourcentage de différence
1 *(Tolérance : ± 15%)*	1,00	1,03	2,91 %
2 *(Tolérance : ± 15%)*	23,0	22,7	1,45 %
3 (Tolérance : ± 15%)	114,0	111,0	2,63 %
4 (Tolérance : ± 15%)	958,7	931,3	2,85 %
5 (Tolérance : ± 15%)	3570,3	3633,3	1,73 %

IV. Conclusion

RESULTAT : **Conforme** ☑ **Non conforme** ☐

Réalisé par : NOIRTIN Juliette	Vérifié par : NOIRTIN Arnaud
Date : 25 juillet 2025	Date : 30 juillet 2025
Signature :	Signature :

Date de prochaine calibration : 25 juillet 2026

LVM'AIR
2 Allée de la Fosse Moret,
Ecoparc 2
27400 HEUDEBOUVILLE