

---

**Certificat d'étalonnage N° : CE202509008**

---

**I. Matériel à étalonner**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>Model</b>    | Portacount 8040 |
| <b>N° Série</b> | 8040243807      |
| <b>Société</b>  | ORANO           |

**II. Instruments de références**

| <b>Instrument</b> | <b>N° Série</b> | <b>Date dernière calibration</b> | <b>Date de prochaine calibration</b> |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Portacount 8048   | 8048250601      | Février 2025                     | Février 2026                         |
| Débitmètre 4140F  | 41402445032     | Novembre 2024                    | Novembre 2025                        |
| Débitmètre 4043   | 40432446001     | Novembre 2024                    | Novembre 2025                        |

**III. Tests Métrologiques****1. Vérification du 0 (Tolérance :  $\leq 1$ )**

| <b>Résultat</b> | <b>AMBIANT</b> | <b>ECHANTILLONNAGE</b> |
|-----------------|----------------|------------------------|
|                 | 0              | 0                      |

**2. Vérification du débit (Tolérance :  $0,9 \text{ L/min} \leq D \leq 1,1 \text{ L/min}$ )**

| <b>Résultat</b> | <b>AMBIANT</b> | <b>ECHANTILLONNAGE</b> |
|-----------------|----------------|------------------------|
|                 | 1,006          | 1,004                  |

**LVM' AIR**2 Allée de la Fosse Moret,  
Ecoparc 2  
27400 HEUDEBOUVILLE

---

**Certificat d'étalonnage N° : CE202509008**


---



**3. Vérification du comptage particulaire AMBIANT (Tolérance :  $\pm 15\%$ )**

| Résultat | AMBIANT (Référence) | AMBIANT (appareil à étalonner) | Pourcentage de différence |
|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
|          | 19750               | 20619                          | 5,09 %                    |

**4. Vérification des facteurs d'ajustement**

| TESTS                       | Référence | Instrument à étalonner | Pourcentage de différence |
|-----------------------------|-----------|------------------------|---------------------------|
| 1 (Tolérance : $\pm 15\%$ ) | 1,02      | 1,03                   | 0,97 %                    |
| 2 (Tolérance : $\pm 15\%$ ) | 25        | 24                     | 4,00 %                    |
| 3 (Tolérance : $\pm 15\%$ ) | 139       | 133                    | 4,08 %                    |
| 4 (Tolérance : $\pm 15\%$ ) | 728       | 706                    | 3,02 %                    |
| 5 (Tolérance : $\pm 15\%$ ) | 3156      | 3173                   | 0,55 %                    |

**IV. Conclusion**
**RESULTAT : Conforme**  **Non conforme** 

|   |   |
|---|---|
| <b>Réalisé par :</b> NOIRTIN<br>Juliette  | <b>Vérifié par :</b> NOIRTIN<br>Arnaud  |
| Date : 15 septembre 2025  | Date : 22 septembre 2024  |
| Signature :  | Signature :  |

**Date de prochaine calibration : 15 septembre 2026**