



# LVM'Air

Location Vente Métrologie

Certificat d'étalonnage N° : CE202511002

## I. Matériel à étalonner

Model	Portacount 8040
N° Série	8040203303
Société	ADX GROUPE

## II. Instruments de références

Instrument	N° Série	Date dernière calibration	Date de prochaine calibration
Portacount 8048	8048250601	Février 2025	Février 2026
Débitmètre 4140F	41402445032	Novembre 2024	Novembre 2025
Débitmètre 4043	40432446001	Novembre 2024	Novembre 2025

## III. Tests Métrologiques

### 1. Vérification du 0 (Tolérance : $\leq 1$ )

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	0	0

### 2. Vérification du débit (Tolérance : $0,9 \text{ L/min} \leq D \leq 1,1 \text{ L/min}$ )

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	1,005	1,005



Certificat d'étalonnage N° : CE202511002

### 3. Vérification du comptage particulaire AMBIANT (Tolérance : $\pm 15\%$ )

Résultat	AMBIANT (Référence)	AMBIANT (appareil à étalonner)	Pourcentage de différence
	18537	19663	5,72 %

### 4. Vérification des facteurs d'ajustement

TESTS	Référence	Instrument à étalonner	Pourcentage de différence
1 (Tolérance : $\pm 15\%$ )	1,01	1,01	0,00 %
2 (Tolérance : $\pm 15\%$ )	19	18	3,57 %
3 (Tolérance : $\pm 15\%$ )	114	112	2,04 %
4 (Tolérance : $\pm 15\%$ )	609	599	1,64 %
5 (Tolérance : $\pm 15\%$ )	2505	2368	5,46 %

### IV. Conclusion

RESULTAT : Conforme  Non conforme

Réalisé par : NOIRTIN Juliette	Vérifié par : NOIRTIN Arnaud
Date : 04 novembre 2025	Date : 05 novembre 2025
Signature : 	Signature : 

Date de prochaine calibration : 04 novembre 2026