

Certificat d'étalonnage N° : CE202511006

I. Matériel à étalonner

Model	Portacount 8038
N° Série	8038172928
Société	GROUPE RG

II. Instruments de références

Instrument	N° Série	Date dernière calibration	Date de prochaine calibration
Portacount 8048	8048250601	Février 2025	Février 2026
Débitmètre 4140F	41402543010	Octobre 2025	Octobre 2026
Débitmètre 4043	40432321017	Octobre 2025	Octobre 2026

III. Tests Métrologiques**1. Vérification du 0 (Tolérance : ≤ 1)**

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	1	0,04

2. Vérification du débit (Tolérance : $0,9 \text{ L/min} \leq D \leq 1,1 \text{ L/min}$)

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	1,009	1,011

LVM'AIR2 Allée de la Fosse Moret,
Ecoparc 2
27400 HEUDEBOUVILLE

Page 1/2

Certificat d'étalonnage N° : CE202511006

3. Vérification du comptage particulaire AMBIANT (Tolérance : $\pm 15\%$)

Résultat	AMBIANT (Référence)	AMBIANT (appareil à étalonner)	Pourcentage de différence
	22976	22752	0,98 %

4. Vérification des facteurs d'ajustement

TESTS	Référence	Instrument à étalonner	Pourcentage de différence
1 (Tolérance : $\pm 15\%$)	1,03	1,02	0,97 %
2 (Tolérance : $\pm 15\%$)	17,3	17,0	1,92 %
3 (Tolérance : $\pm 15\%$)	101,3	100,3	0,99 %
4 (Tolérance : $\pm 15\%$)	588,0	584,0	0,68 %
5 (Tolérance : $\pm 15\%$)	2433,0	2412,0	0,86 %

IV. Conclusion

RESULTAT : Conforme ☐ Non conforme ☐

Réalisé par : NOIRTIN Juliette	Vérifié par : NOIRTIN Arnaud
Date : 17 novembre 2025	Date : 17 novembre 2025
Signature : 	Signature : 

Date de prochaine calibration : 17 novembre 2026

LVM'AIR
2 Allée de la Fosse Moret,
Ecoparc 2
27400 HEUDEBOUVILLE