
Certificat d'étalonnage N° : CE202512006

I. Matériel à étalonner

Model	Portacount 8030
N° Série	8030112102
Société	RHÔNE ÉNERGIES FOS SUR MER

II. Instruments de références

Instrument	N° Série	Date dernière calibration	Date de prochaine calibration
Portacount 8048	8048253214	Août 2025	Août 2026
Débitmètre 4140F	41402445032	Novembre 2025	Novembre 2026
Débitmètre 4043	40432446001	Novembre 2025	Novembre 2026

III. Tests Métrologiques**1. Vérification du 0 (Tolérance : ≤ 1)**

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	0	0,04

2. Vérification du débit (Tolérance : $0,9 \text{ L/min} \leq D \leq 1,1 \text{ L/min}$)

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	1,024	1,062

LVM'AIR2 Allée de la Fosse Moret,
Ecoparc 2
27400 HEUDEBOUVILLE**Page 1/2**

Certificat d'étalonnage N° : CE202512006

3. Vérification du comptage particulaire AMBIANT (Tolérance : $\pm 15\%$)

Résultat	AMBIANT (Référence)	AMBIANT (appareil à étalonner)	Pourcentage de différence
	15352	16638	7,73 %

4. Vérification des facteurs d'ajustement

TESTS	Référence	Instrument à étalonner	Pourcentage de différence
1 (Tolérance : $\pm 15\%$)	1,03	0,93	9,71 %
2 (Tolérance : $\pm 15\%$)	29	26	7,43 %
3 (Tolérance : $\pm 15\%$)	184	170	7,43 %
4 (Tolérance : $\pm 15\%$)	1706	1535	10,06 %
5 (Tolérance : $\pm 15\%$)	8081	7691	4,83 %


IV. Conclusion

RESULTAT : **Conforme**



Non conforme



Réalisé par : NOIRTIN Juliette	Vérifié par : NOIRTIN Arnaud
Date : 05 décembre 2025	Date : 09 décembre 2025
Signature : 	Signature : 

Date de prochaine calibration : 05 décembre 2026

LVM'AIR
2 Allée de la Fosse Moret,
Ecoparc 2
27400 HEUDEBOUVILLE