

Certificat d'étalonnage N° : CE202601001

I. Matériel à étalonner

Model	Portacount 8040
N° Série	8040194401
Société	INTERSAFE LYRECO

II. Instruments de références

Instrument	N° Série	Date dernière calibration	Date de prochaine calibration
Portacount 8048	8048220625	Octobre 2025	Octobre 2026
Débitmètre 4140F	41402445032	Novembre 2025	Novembre 2026
Débitmètre 4043	40432446001	Novembre 2025	Novembre 2026

III. Tests Métrologiques**1. Vérification du 0 (Tolérance : ≤ 1)**

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	0	0

2. Vérification du débit (Tolérance : $0,9 \text{ L/min} \leq D \leq 1,1 \text{ L/min}$)

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	1,031	1,030

LVM'AIR2 Allée de la Fosse Moret,
Ecoparc 2
27400 HEUDEBOUVILLE

Certificat d'étalonnage N° : CE202601001

3. Vérification du comptage particulaire AMBIANT (Tolérance : $\pm 15\%$)

Résultat	AMBIANT (Référence)	AMBIANT (appareil à étalonner)	Pourcentage de différence
	17091	17486	2,26%

4. Vérification des facteurs d'ajustement

TESTS	Référence	Instrument à étalonner	Pourcentage de différence
1 (Tolérance : $\pm 15\%$)	1,06	1,00	5,66%
2 (Tolérance : $\pm 15\%$)	23,7	22,0	7,04%
3 (Tolérance : $\pm 15\%$)	130,0	122,7	5,64%
4 (Tolérance : $\pm 15\%$)	1278,0	1188,3	7,02%
5 (Tolérance : $\pm 15\%$)	5904,7	5558,3	5,87%

IV. Conclusion

RESULTAT : Conforme



Non conforme



Réalisé par : NOIRTIN Juliette	Vérifié par : NOIRTIN Arnaud
Date : 14 janvier 2026	Date : 14 janvier 2026
Signature : 	Signature : 

Date de prochaine calibration : 14 janvier 2027

LVM'AIR
2 Allée de la Fosse Moret,
Ecoparc 2
27400 HEUDEBOUVILLE