

Certificat d'étalonnage N° : CE202601002

**I. Matériel à étalonner**

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Model    | Portacount 8040 |
| N° Série | 8040230205      |
| Société  | ORANO           |

**II. Instruments de références**

| Instrument       | N° Série    | Date dernière calibration | Date de prochaine calibration |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| Portacount 8048  | 8048220625  | Octobre 2025              | Octobre 2026                  |
| Débitmètre 4140F | 41402445032 | Novembre 2025             | Novembre 2026                 |
| Débitmètre 4043  | 40432446001 | Novembre 2025             | Novembre 2026                 |

**III. Tests Métrologiques****1. Vérification du 0 (Tolérance :  $\leq 1$ )**

| Résultat | AMBIANT | ECHANTILLONNAGE |
|----------|---------|-----------------|
|          | 0       | 0               |

**2. Vérification du débit (Tolérance :  $0,9 \text{ L/min} \leq D \leq 1,1 \text{ L/min}$ )**

| Résultat | AMBIANT | ECHANTILLONNAGE |
|----------|---------|-----------------|
|          | 1,005   | 1,005           |

**LVM'AIR**2 Allée de la Fosse Moret,  
Ecoparc 2  
27400 HEUDEBOUVILLE

Certificat d'étalonnage N° : CE202601002

### 3. Vérification du comptage particulaire AMBIANT (Tolérance : $\pm 15\%$ )

| Résultat | AMBIANT (Référence) | AMBIANT (appareil à étalonner) | Pourcentage de différence |
|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
|          | 15732               | 16839                          | 6,58 %                    |

### 4. Vérification des facteurs d'ajustement

| TESTS                       | Référence | Instrument à étalonner | Pourcentage de différence |
|-----------------------------|-----------|------------------------|---------------------------|
| 1 (Tolérance : $\pm 15\%$ ) | 0,98      | 1,01                   | 2,97 %                    |
| 2 (Tolérance : $\pm 15\%$ ) | 24,3      | 23,3                   | 4,11 %                    |
| 3 (Tolérance : $\pm 15\%$ ) | 141,3     | 136,3                  | 3,54 %                    |
| 4 (Tolérance : $\pm 15\%$ ) | 1336,3    | 1258,3                 | 5,84 %                    |
| 5 (Tolérance : $\pm 15\%$ ) | 6376,3    | 5926,3                 | 7,06 %                    |

### IV. Conclusion

RESULTAT : Conforme



Non conforme



| Réalisé par : NOIRTIN Juliette                                                                  | Vérifié par : NOIRTIN Arnaud                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date : 14 janvier 2026                                                                          | Date : 16 janvier 2026                                                                            |
| Signature :  | Signature :  |

Date de prochaine calibration : 14 janvier 2027

**LVM'AIR**  
2 Allée de la Fosse Moret,  
Ecoparc 2  
27400 HEUDEBOUVILLE