
Certificat d'étalonnage N° : CE202603007

I. Matériel à étalonner

| | |
|-----------------|-----------------|
| Model | Portacount 8030 |
| N° Série | 8030135209 |
| Société | AD2L |

II. Instruments de références

| Instrument | N° Série | Date dernière calibration | Date de prochaine calibration |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Portacount 8048 | 8048220625 | Octobre 2025 | Octobre 2026 |
| Débitmètre 4140F | 41402445032 | Novembre 2025 | Novembre 2026 |
| Débitmètre 4043 | 40432446001 | Novembre 2025 | Novembre 2026 |

III. Tests Métrologiques**1. Vérification du 0 (Tolérance : ≤ 1)**

| Résultat | AMBIANT | ECHANTILLONNAGE |
|-----------------|----------------|------------------------|
| | 0 | 0,04 |

2. Vérification du débit (Tolérance : $0,9 \text{ L/min} \leq D \leq 1,1 \text{ L/min}$)

| Résultat | AMBIANT | ECHANTILLONNAGE |
|-----------------|----------------|------------------------|
| | 0,971 | 0,986 |

LVM'AIR2 Allée de la Fosse Moret,
Ecoparc 2
27400 HEUDEBOUVILLE**Page 1/2**

Certificat d'étalonnage N° : CE202603007

3. Vérification du comptage particulaire AMBIANT (Tolérance : $\pm 15\%$)



| Résultat | AMBIANT (Référence) | AMBIANT (appareil à étalonner) | Pourcentage de différence |
|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | 9907 | 10114 | 2,09 % |

4. Vérification des facteurs d'ajustement

| TESTS | Référence | Instrument à étalonner | Pourcentage de différence |
|-----------------------------|-----------|------------------------|---------------------------|
| 1 (Tolérance : $\pm 15\%$) | 1,08 | 1,02 | 5,56 % |
| 2 (Tolérance : $\pm 15\%$) | 17,3 | 16,3 | 5,77 % |
| 3 (Tolérance : $\pm 15\%$) | 194,3 | 184,3 | 5,15 % |
| 4 (Tolérance : $\pm 15\%$) | 1789,0 | 1652,0 | 7,66 % |
| 5 (Tolérance : $\pm 15\%$) | 7987,0 | 7294,7 | 8,67 % |

IV. Conclusion
RESULTAT : Conforme

Non conforme


| | |
|---|--|
| Réalisé par : NOIRTIN Juliette | Vérifié par : NOIRTIN Arnaud |
| Date : 16 mars 2026 | Date : 19 mars 2026 |
| Signature :  | Signature :  |

Date de prochaine calibration : 16 mars 2027

LVM' AIR
 2 Allée de la Fosse Moret,
 Ecoparc 2
 27400 HEUDEBOUVILLE