

Certificat d'étalonnage N° : CE202604007

**I. Matériel à étalonner**

<b>Model</b>	Portacount 8040
<b>N° Série</b>	8040243110
<b>Société</b>	ORANO

**II. Instruments de références**

Instrument	N° Série	Date dernière calibration	Date de prochaine calibration
Portacount 8048	8048220625	Octobre 2025	Octobre 2026
Débitmètre 4140F	41402445032	Novembre 2025	Novembre 2026
Débitmètre 4043	40432446001	Novembre 2025	Novembre 2026

**III. Tests Métrologiques**
**1. Vérification du 0 (Tolérance :  $\leq 1$ )**

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	0	0

**2. Vérification du débit (Tolérance :  $0,9 \text{ L/min} \leq D \leq 1,1 \text{ L/min}$ )**

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	0,994	0,991

**LVM'AIR**

 2 Allée de la Fosse Moret,  
 Ecoparc 2  
 27400 HEUDEBOUVILLE

---

**Certificat d'étalonnage N° : CE202604007**


---



**3. Vérification du comptage particulaire AMBIANT (Tolérance :  $\pm 15\%$ )**

Résultat	AMBIANT (Référence)	AMBIANT (appareil à étalonner)	Pourcentage de différence
	14206	14291	0,60 %

**4. Vérification des facteurs d'ajustement**

TESTS	Référence	Instrument à étalonner	Pourcentage de différence
1 (Tolérance : $\pm 15\%$ )	1,03	1,01	1,94 %
2 (Tolérance : $\pm 15\%$ )	34,0	33,0	2,94 %
3 (Tolérance : $\pm 15\%$ )	193,3	190,0	1,72 %
4 (Tolérance : $\pm 15\%$ )	1959,0	1890,3	3,51 %
5 (Tolérance : $\pm 15\%$ )	8950,3	8793,3	1,75 %

**IV. Conclusion**
**RESULTAT :**    **Conforme**     **Non conforme** 

<b>Réalisé par :</b> NOIRTIN Juliette	<b>Vérifié par :</b> NOIRTIN Arnaud
Date : 20 avril 2026	Date : 23 avril 2026
Signature : 	Signature : 

**Date de prochaine calibration : 20 avril 2027**

**LVM' AIR**  
 2 Allée de la Fosse Moret,  
 Ecoparc 2  
 27400 HEUDEBOUVILLE