

Certificat d'étalonnage N° : CE202608010

**I. Matériel à étalonner**

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Model    | Portacount 8030           |
| N° Série | 8030202117                |
| Société  | 2eme RÉGIMENT DES DRAGONS |

**II. Instruments de références**

| Instrument       | N° Série    | Date dernière calibration | Date de prochaine calibration |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| Portacount 8040  | 8040261908  | Mai 2026                  | Mai 2027                      |
| Débitmètre 4140F | 41402445032 | Novembre 2025             | Novembre 2026                 |
| Débitmètre 4043  | 40432446001 | Novembre 2025             | Novembre 2026                 |

**III. Tests Métrologiques****1. Vérification du 0 (Tolérance :  $\leq 1$ )**

| Résultat | AMBIANT | ECHANTILLONNAGE |
|----------|---------|-----------------|
|          | 0       | 0,04            |

**2. Vérification du débit (Tolérance :  $0,9 \text{ L/min} \leq D \leq 1,1 \text{ L/min}$ )**

| Résultat | AMBIANT | ECHANTILLONNAGE |
|----------|---------|-----------------|
|          | 0,979   | 1,006           |

**LVM'AIR**2 Allée de la Fosse Moret,  
Ecoparc 2  
27400 HEUDEBOUVILLE

Certificat d'étalonnage N° : CE202608010

### 3. Vérification du comptage particulaire AMBIANT (Tolérance : $\pm 15\%$ )

| Résultat | AMBIANT (Référence) | AMBIANT (appareil à étalonner) | Pourcentage de différence |
|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
|          | 15318,3             | 15468,0                        | 0,98 %                    |

### 4. Vérification des facteurs d'ajustement

| TESTS                       | Référence | Instrument à étalonner | Pourcentage de différence |
|-----------------------------|-----------|------------------------|---------------------------|
| 1 (Tolérance : $\pm 15\%$ ) | 1,01      | 0,99                   | 1,98 %                    |
| 2 (Tolérance : $\pm 15\%$ ) | 26,0      | 26,0                   | 0,00 %                    |
| 3 (Tolérance : $\pm 15\%$ ) | 149,7     | 149,0                  | 0,45 %                    |
| 4 (Tolérance : $\pm 15\%$ ) | 1229,7    | 1239,3                 | 0,79 %                    |
| 5 (Tolérance : $\pm 15\%$ ) | 5537,3    | 5310,3                 | 4,10 %                    |


### IV. Conclusion

RESULTAT : Conforme



Non conforme



|                                                                                                 |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réalisé par : NOIRTIN Juliette                                                                  | Vérifié par : GUEROULT Laurence                                                                  |
| Date : 20 août 2026                                                                             | Date : 01 septembre 2026                                                                         |
| Signature :  | Signature :  |

Date de prochaine calibration : 20 août 2027

**LVM'AIR**  
2 Allée de la Fosse Moret,  
Ecoparc 2  
27400 HEUDEBOUVILLE