

Certificat d'étalonnage N° : CE202609005

I. Matériel à étalonner

Model	Portacount 8048
N° Série	8048203024
Société	AJUST APR ET SOLUTIONS

II. Instruments de références

Instrument	N° Série	Date dernière calibration	Date de prochaine calibration
Portacount 8040	8040261908	Mai 2026	Mai 2027
Débitmètre 4140F	41402445032	Novembre 2025	Novembre 2026
Débitmètre 4043	40432446001	Novembre 2025	Novembre 2026

III. Tests Métrologiques**1. Vérification du 0 (Tolérance : ≤ 1)**

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	0	0

2. Vérification du débit (Tolérance : $0,9 \text{ L/min} \leq D \leq 1,1 \text{ L/min}$)

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	0,976	0,976

LVM'AIR2 Allée de la Fosse Moret,
Ecoparc 2
27400 HEUDEBOUVILLE

Certificat d'étalonnage N° : CE202609005

3. Vérification du comptage particulaire AMBIANT (Tolérance : $\pm 15\%$)

Résultat	AMBIANT (Référence)	AMBIANT (appareil à étalonner)	Pourcentage de différence
	14382,0	12239,0	14,90 %

4. Vérification des facteurs d'ajustement

TESTS	Référence	Instrument à étalonner	Pourcentage de différence
1 (Tolérance : $\pm 15\%$)	1,06	1,04	1,89 %
2 (Tolérance : $\pm 15\%$)	29,7	29,7	0,00 %
3 (Tolérance : $\pm 15\%$)	176,0	180,7	2,65 %
4 (Tolérance : $\pm 15\%$)	1390,3	1478,0	6,31 %
5 (Tolérance : $\pm 15\%$)	5852,0	6366,7	8,79 %

IV. Conclusion

RESULTAT : Conforme



Non conforme



Réalisé par : NOIRTIN Juliette	Vérifié par : GUEROULT Laurence
Date : 02 septembre 2026	Date : 02 septembre 2026
Signature : 	Signature : 

Date de prochaine calibration : 02 septembre 2027

LVM'AIR
2 Allée de la Fosse Moret,
Ecoparc 2
27400 HEUDEBOUVILLE