LVM'Air

Location Vente Métrologie

Certificat d'étalonnage N° : CE202610009

I. Matériel à étalonner

Model	Portacount 8030
N° Série	8030190603
Société	BEST

II. Instruments de références

Instrument	N° Série	Date dernière calibration	Date de prochaine calibration
Portacount 8040	8040261908	Mai 2026	Mai 2027
Débitmètre 4140F	41402445032	Novembre 2025	Novembre 2026
Débitmètre 4043	40432446001	Novembre 2025	Novembre 2026

III. Tests Métrologiques

1. Vérification du 0 (Tolérance : ≤ 1)

	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
Résultat	0	0,04

2. Vérification du débit (Tolérance : 0,9 L/min ≤ D ≤ 1,1 L/min)

	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
Résultat	0,991	1,011

LVM'AIR
2 Allée de la Fosse Moret,
Ecoparc 2
27400 HEUDEBOUVILLE

LVM'Air

Location Vente Métrologie

Certificat d'étalonnage N° : CE202610009

3. Vérification du comptage particulaire AMBIANT(Tolérance : ± 15%)

Résultat	AMBIANT (Référence)	AMBIANT (appareil à étalonner)	Pourcentage de différence
	16054,7	16620,3	3,52 %

4. Vérification des facteurs d'ajustement

TESTS	Référence	Instrument à étalonner	Pourcentage de différence
1 *(Tolérance : ± 15%)*	1,02	1,00	1,96 %
2 *(Tolérance : ± 15%)*	48,0	47,3	1,39 %
3 (Tolérance : ± 15%)	279,7	284,3	1,67 %
4 (Tolérance : ± 15%)	2199,3	2101,3	4,46 %
5 (Tolérance : ± 15%)	10179,3	10402,0	2,19 %

IV. Conclusion

RESULTAT : **Conforme** ☑ **Non conforme** ☐

Réalisé par : NOIRTIN Juliette	**Vérifié par :** NOIRTIN Arnaud
Date : 21 octobre 2026	Date : 26 octobre 2026
Signature :	Signature :

Date de prochaine calibration : 21 octobre 2027

LVM'AIR
2 Allée de la Fosse Moret,
Ecoparc 2
27400 HEUDEBOUVILLE